GOTHAPLAST. MEDICAL PRODUCTS-STERILIZATION

FICHA TÉCNICA

Producto:	Equipo de Monitoreo de Presión
Nombre:	**veno-ext**
Registro INVIMA:	2007DM-0001095
Fabricante:	Laboratorios Gothaplast Ltda.
País de Origen:	Colombia
Ciudad:	Bogotá
Método de Esterilización:	EO - Óxido de Etileno
Empaque:	Papel Grado Médico / Film poliéster polipropileno

ESPECIFICACIONES:

Vida Útil:	3 años después de la fecha de fabricación
Tipo de conexión:	Luer lock macho - Luer lock hembra
Largo del Tubo:	12 - 24 - 48 pulgadas ó según especificaciones del cliente
Tiempo de Recambio:	24 Horas
Presentación:	Cajilla * 25 – Caja * 500

EQUIPOS DISPONIBLES:

ÍTEM	REF.	TIPOS DE CONEXIÓN	VOLUMEN EN TUBO
VENO-EXT 48 MM	0605048	Macho–Macho	4 ml
VENO-EXT 48 MH	0605148	Macho–Hembra	4 ml
VENO-EXT 24 MM	0605224	Macho–Macho	2 ml
VENO-EXT 24 MH	0605324	Macho–Hembra	2 ml
VENO-EXT 12 MM	0605412	Macho–Macho	1 ml
VENO-EXT 12 MH	0605512	Macho–Hembra	1 ml

Métodos de Inspección:	Determinación de fugas en empalmes / Determinación del volumen residual / Resistencia mecánica / Integridad
Materiales Utilizados:	ABS / PVC atóxico / Polietileno / Papel grado médico / Poliéster Polietileno
Condiciones de Almacenamiento:	Entre 4 y 45 grados centígrados / Entre 35 y 60% de humedad relativa
Información Técnica Aprobada por:	Patricia Martínez Moreno / Directora Técnica

Carrera 72-A Nº 70-17
PBX: 2516284 ✆ 2248930 - 5470058 / Fax: 2248910
ventas@labgothaplast.com.co
www.labgothaplast.com.co

SGS

GOTHAPLAST. MEDICAL PRODUCTS-STERILIZATION